

Załącznik nr 10)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sita mechanicznego przesiewającego na mokro:

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być jest sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **I półroczu 2018r.**, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Sito mechaniczne o parametrach nie gorszych niż:

Sito mechaniczne do przesiewania na mokro wraz z osprzętem	Opis i parametry przedmiotu zamówienia
	<p>Sito wibracyjne: Sito wibracyjne:</p> <p>12.1 Ilość: 1 szt.</p> <p>12.2 Wymiary - wysokość do 1,2 m - długość ścianki lub średnica do 1 m</p> <p>12.3 Budowa urządzenia powinna umożliwiać szybką wymianę sita</p> <p>12.4 Konstrukcja układu przystosowana do przesiewania na mokro</p> <p>12.5 Sito powinno zawierać separator na co najmniej 2 frakcje</p> <p>12.6 Układ powinien być zabezpieczony przed oddziaływaniem środowiska korozyjnego pH 6</p>
	<p>Gwarancja: minimum 12 miesięcy (kryterium oceny ofert)</p>
	<p>Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.