

Załącznik nr 4)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa nuczy neutralizującej:

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być jest sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **I półroczu 2018r.**, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Nucza filtracyjna o parametrach nie gorszych niż:

Opis i parametry przedmiotu zamówienia	
Nucza filtracyjna wraz z osprzętem	<p>Nucza filtracyjna:</p> <p>Nucza:</p> <p>12.1 Ilość: 1 szt.</p> <p>12.2 Wymiary</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość 0,8 lub średnicy 0,8 m - szerokość 0,8 m lub średnicy 0,8 m - wysokość 1,1 m - podciśnienie robocze co najmniej 0,5 bar <p>12.3 Nucza powinna być wyposażona w sito filtracyjne odporne na działanie kwasu azotowego i kwasu solnego</p> <p>12.4 Nucza zaopatrzona w przyłącze do układu próżniowego i do spustu odcieku</p> <p>Wyposażenie:</p> <p>12.5 Pompa opróżniająca zasobnik</p> <ul style="list-style-type: none"> - prędkość podawania cieczy, co najmniej 1200 l - odporna na oddziaływanie kwasu azotowego do 60% i kwasu solnego do 36% - zmienna prędkość podawania płynu - zdolność podania cieczy na wysokość 2,5 m <p>Panel sterujący:</p> <p>12.6 Zabezpieczony przed oddziaływaniem środowiska korozyjnego</p> <p>12.7 Przyciski powinny umożliwić zdalną obsługę urządzenia w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasilanie - uruchomienie pompy opróżniającej zasobnik - ustawienie prędkości pracy pompy opróżniającej zasobnik
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy (kryterium oceny ofert)
	<p>Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.