

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał do SIWZ PN 06/04/2020

Dostawa mieszadła:

Oferowany towar ma być sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Mieszadło o parametrach nie gorszych niż:

Opis i parametry przedmiotu zamówienia	
Mieszadło	<p>Mieszadło:</p> <p>Mieszadło:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ilość: 2 2) typ: kotwiczne lub śmigłowe dwu stopniowe 3) pobór mocy nie więcej niż 3 kW 4) urządzenie powinno umożliwiać regulację obrotów 5) Wymiary: zależne od wymiarów reaktora z pokryciem ceramicznym, szklanym 6) Mieszadło powinno być zabezpieczone przed oddziaływaniem stężonego 96% kwasu siarkowego
	<p>Gwarancja: minimum 12 miesięcy (kryterium oceny ofert)</p>
	<p>Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.