

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał do SIWZ PN 07/07/2020

Dostawa nuczcy filtracyjnej do ługu:

Oferowany towar ma być sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Nucza filtracyjna do ługu o parametrach nie gorszych niż:

Opis i parametry przedmiotu zamówienia	
Nucza filtracyjna do ługu	Nucza filtracyjna do ługu: Nucza: <ol style="list-style-type: none">1) Ilość: 12) Wymiary<ul style="list-style-type: none">- długość 0,5 m lub średnicy 0,5 m- szerokość 0,5 m lub średnicy 0,5 m- wysokość 1,1 m- podciśnienie robocze co najmniej 0,5 bar3) Nucza powinna być wyposażona w sito filtracyjne odporne na działanie ługu potasowego4) Nucza zaopatrzona w przyłącze do układu próżniowego i do spustu odcieku
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy (kryterium oceny ofert)
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: <ul style="list-style-type: none">- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.