

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał do SIWZ PN 06/04/2020

Dostawa nuczcy filtracyjnej do kwasu siarkowego:

Oferowany towar ma być sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Nucza filtracyjna do kwasu siarkowego o parametrach nie gorszych niż:

Nucza filtracyjna do kwasu siarkowego	Opis i parametry przedmiotu zamówienia
	<p>Nucza filtracyjna do kwasu siarkowego:</p> <p>Nucza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ilość: 1 2) Wymiary <ul style="list-style-type: none"> - długość 0,5 m lub średnicy 0,5 m - szerokość 0,5 m lub średnicy 0,5 m - wysokość 1,1 m - podciśnienie robocze co najmniej 0,5 bar 3) Nucza powinna być wyposażona w sito filtracyjne odporne na działanie 96 – 20% kwasu siarkowego 4) Nucza zaopatrzona w przyłącze do układu próżniowego i do spustu odcieku
	<p>Gwarancja: minimum 12 miesięcy (kryterium oceny ofert)</p> <p>Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.