

Piaseczno, dnia 19 czerwca 2019 r.

POIR.04.01.01-00-0040/17-00

Dotyczy: postępowania Numer ref. ZO 01/06/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.

W dniu 17 czerwca 2019 r. wpłynęło zapytanie dot. postępowania Numer ref. ZO 01/06/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w projekcie „Nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Numer naboru: POIR.04.01.01-00-0040/17-00 o następującej treści:

„Witam, firma (.....) zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia dot. poz. 40-43 - bardzo proszę o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia (parametry , wymiary, model, typ itp.)”

Na powyższe pytania, Zamawiający PPHU POLBLUME Zbigniew Miazga udziela odpowiedzi o treści jak poniżej, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może wskazywać modelu, typu lub producenta:

poz. 40 chodzi o destylarkę elektryczną do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli i gazów

poz. 41 chodzi o dygestoria do pracy z kwasami mineralnymi, wyposażone co najmniej w: trzy gniazdko 230V, oświetlenie, zawory do regulacji podciśnienia

poz. 42 chodzi o płyty grzewcze o powierzchni czynnej co najmniej 18x18 cm, zabezpieczone przed korozyjnym oddziaływaniem kwasów, z regulacją temperatury pracy, o temperaturze pracy co najmniej 300°C

poz. 42 chodzi o płótno filtracyjne stabilizowane, inaczej tkanina filtracyjna o przepuszczalności powietrza pod ciśnieniem 20 da Pa - 100 - 300 dm³/m²s.

PPHU POLBLUME



Zbigniew Miazga

właściciel