

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał do SIWZ PN 07/07/2020**

**Dostawa nuczycy filtracyjnej do kwasu siarkowego:**

Oferowany towar ma być sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

**Nucza filtracyjna do kwasu siarkowego o parametrach nie gorszych niż:**

<b>Nucza filtracyjna do kwasu siarkowego</b>	Opis i parametry przedmiotu zamówienia
	<p>Nucza filtracyjna do kwasu siarkowego:</p> <p><b>Nucza:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ilość: 1</li> <li>2) Wymiary <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość 0,5 m lub średnicy 0,5 m</li> <li>- szerokość 0,5 m lub średnicy 0,5 m</li> <li>- wysokość 1,1 m</li> <li>- podciśnienie robocze co najmniej 0,5 bar</li> </ul> </li> <li>3) Nucza powinna być wyposażona w sito filtracyjne odporne na działanie 96 – 20% kwasu siarkowego</li> <li>4) Nucza zaopatrzona w przyłącze do układu próżniowego i do spustu odcieku</li> </ol>
	<p>Gwarancja: minimum 12 miesięcy (<b>kryterium oceny ofert</b>)</p> <p>Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;</li> <li>- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;</li> <li>- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.</li> </ul>